



## ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด

เรื่อง กำหนดแบบมาตราชั้นสามทางมวล ตั้งแต่ ๑ มิลลิกรัม ถึง ๒๐ กิโลกรัม  
ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒

พ.ศ. ๒๕๕๘

โดยที่เป็นการสมควรจัดให้มีแบบมาตราชั้นสามทางมวล ตั้งแต่ ๑ มิลลิกรัม ถึง ๒๐ กิโลกรัม เพื่อใช้ตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องชั่งที่ใช้ในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้ากับผู้อื่น หรือการให้บริการชั่ง หรือการใช้เครื่องชั่งเพื่อประโยชน์ในการคำนวณค่าตอบแทน ค่าภาษีอากร และ ค่าธรรมเนียม เป็นไปด้วยความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และคล่องตัว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ อธิบดีกรมการค้าภายในจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ชุดตุ้มน้ำหนัก แบบ Weights Sets ทำด้วย Stainless Steel ตั้งแต่ ๑ มิลลิกรัม ถึง ๒๐ กิโลกรัม ของสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ศูนย์ชั่งตวงวัดภาค และสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ที่มีลำดับชั้นความเที่ยง F๑ และ F๒ ตามที่ International Organization of Legal Metrology กำหนดไว้ใน International Recommendation OIML R ๑๑๑-๑ เป็นแบบมาตราชั้นสามทางมวล


ข้อ ๓ ให้ชุดตุ้มน้ำหนัก แบบ Dish Weights ทำด้วย Stainless Steel ประกอบด้วย ตุ้มน้ำหนัก ๑ กิโลกรัม ๒ กิโลกรัม ๓ กิโลกรัม ๔ กิโลกรัม และ ๕ กิโลกรัม รวม ๕ ตุ้ม ของสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ศูนย์ชั่งตวงวัดภาค และสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ที่มีลำดับชั้นความเที่ยง F๑ และ F๒ ตามที่ International Organization of Legal Metrology กำหนดไว้ใน International Recommendation OIML R ๑๑๑-๑ เป็นแบบมาตราชั้นสามทางมวล

ข้อ ๔ ให้ชุดตุ้มน้ำหนัก แบบตุ้มพวง ทำด้วย Stainless Steel ประกอบด้วย ตุ้มน้ำหนัก ๑๐ กรัม ๒๐ กรัม (๒ ตุ้ม) ๕๐ กรัม ๑๐๐ กรัม (๒ ตุ้ม) ๒๐๐ กรัม ๕๐๐ กรัม และ ๑ กิโลกรัม (๓ ตุ้ม) รวม ๑๑ ตุ้ม ของสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ศูนย์ชั่งตวงวัดภาค และสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ที่มีลำดับชั้นความเที่ยง M๑ M๒ และ M๓ ตามที่ International Organization of Legal Metrology กำหนดไว้ใน International Recommendation OIML R ๑๑๑-๑ เป็นแบบมาตราชั้นสามทางมวล

ข้อ ๕ ให้ตุ้มน้ำหนัก ทำด้วยเหล็กหล่อ ได้แก่ ตุ้มน้ำหนัก ๑ กิโลกรัม ๒ กิโลกรัม ๕ กิโลกรัม ๑๐ กิโลกรัม และ ๒๐ กิโลกรัม ของสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ศูนย์ชั่งตวงวัดภาค และสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด กรรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ที่มีลำดับชั้นความเที่ยง M๑ M๒ และ M๓ ตามที่ International Organization of Legal Metrology กำหนดไว้ใน International Recommendation OIML R ๑๑๑-๑ เป็นแบบมาตรฐานชั้นสามทางมวล

ข้อ ๖ แบบมาตรฐานชั้นสามทางมวลตามข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ต้องได้รับการสอบเทียบความเที่ยงกับแบบมาตรฐานชั้นสองทางมวล ตั้งแต่ ๑ มิลลิกรัม ถึง ๒๐ กิโลกรัม ทุก ๓ ปี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร)  
อธิบดีกรมการค้าภายใน