



ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด
เรื่อง กำหนดแบบมาตราชั้นสามทางมวล ๕๐๐ กิโลกรัม
ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒
(ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๖

ตามที่อธิบดีกรมการค้าภายในได้ออกประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดแบบมาตราชั้นสามทางมวล ๕๐๐ กิโลกรัม ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จัดให้มีแบบมาตราชั้นสามทางมวล ๕๐๐ กิโลกรัม ประจำสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภาคใต้ และประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดแบบมาตราชั้นสามทางมวล ๕๐๐ กิโลกรัม ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จัดให้มีแบบมาตราชั้นสามทางมวล ๕๐๐ กิโลกรัม ประจำสำนักงานกลางชั่งตวงวัด สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภาคกลาง ๖ แห่ง และสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๘ แห่ง ไปแล้ว นั้น

โดยที่ อธิบดีกรมการค้าภายในเห็นสมควรจัดให้มีแบบมาตราชั้นสามทางมวล ๕๐๐ กิโลกรัม เพิ่มเติมประจำสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภาคเหนือ และสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภาคตะวันออก สำหรับใช้ตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องชั่งที่ใช้ในการซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนสินค้ากับผู้อื่น หรือการให้บริการชั่ง หรือการใช้เครื่องชั่งเพื่อประโยชน์ในการคำนวณค่าตอบแทน ค่าภาษีอากร และค่าธรรมเนียม เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และคล่องตัว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย อธิบดีกรมการค้าภายในจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป


ข้อ ๒ ให้ตุ้มน้ำหนัก ๕๐๐ กิโลกรัม ที่มีลำดับชั้นความเที่ยง M๑ ตามที่ International Organization of legal metrology กำหนดไว้ใน International Recommendation OIML R ๑๑๑-๑ ของสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ดังต่อไปนี้ เป็นแบบมาตราชั้นสามทางมวล ๕๐๐ กิโลกรัม ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒

- (๑) สำนักงานสาขาซึ่งตั้งวัดเขต ๑-๑ เชียงใหม่ (ศูนย์ซึ่งตั้งวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่))
- (๒) สำนักงานสาขาซึ่งตั้งวัดเขต ๑-๒ ลำปาง
- (๓) สำนักงานสาขาซึ่งตั้งวัดเขต ๑-๓ แพร่
- (๔) สำนักงานสาขาซึ่งตั้งวัดเขต ๑-๔ พิชณุโลก
- (๕) สำนักงานสาขาซึ่งตั้งวัดเขต ๑-๕ นครสวรรค์
- (๖) สำนักงานสาขาซึ่งตั้งวัดเขต ๑-๖ กำแพงเพชร
- (๗) สำนักงานสาขาซึ่งตั้งวัดเขต ๑-๗ เชียงราย
- (๘) สำนักงานสาขาซึ่งตั้งวัดเขต ๑-๘ พิจิตร
- (๙) สำนักงานสาขาซึ่งตั้งวัดเขต ๔-๑ ชลบุรี (ศูนย์ซึ่งตั้งวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี))
- (๑๐) สำนักงานสาขาซึ่งตั้งวัดเขต ๔-๒ จันทบุรี
- (๑๑) สำนักงานสาขาซึ่งตั้งวัดเขต ๔-๓ ปราจีนบุรี


ข้อ ๓ แบบมาตรฐานชั้นสามทางมวลตามข้อ ๒ ต้องได้รับการสอบเทียบความเที่ยงกับแบบมาตรฐานสองทางมวล ๕๐๐ กิโลกรัม ทุก ๓ ปี

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

สำเนาถูกต้อง


(นายอังการ พวงนาค)

นักวิชาการซึ่งตั้งวัดชำนาญการพิเศษ



(นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์)

อธิบดีกรมการค้าภายใน

๕ ต. ก.พ. ๒๕๕๖