



ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด
เรื่อง กำหนดแบบมาตรฐานสามทางมวล ๕๐๐ กิโลกรัม
ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยที่เป็นการสมควรจัดให้มีแบบมาตรฐานสามทางมวล ๕๐๐ กิโลกรัม เพื่อใช้ตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องชั่งที่ใช้ในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้ากับผู้อื่น หรือการให้บริการชั่ง หรือการใช้เครื่องชั่งเพื่อประโยชน์ในการคำนวณค่าตอบแทน ค่าภาษีอากร และค่าธรรมเนียม เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และคล่องตัว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย อธิบดีกรมการค้าภายในจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ตุ้มน้ำหนัก ๕๐๐ กิโลกรัม ที่มีลำดับชั้นความเที่ยง M๑ ตามที่ International Organization of legal metrology กำหนดไว้ใน International Recommendation OIML R ๑๑๑-๑ ของสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ดังต่อไปนี้ เป็นแบบมาตรฐานสามทางมวล ๕๐๐ กิโลกรัม ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒

- (๑) สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ๓-๑ สุราษฎร์ธานี (ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี))
- (๒) สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ๓-๒ ชุมพร
- (๓) สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ๓-๓ ภูเก็ต
- (๔) สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ๓-๔ สงขลา
- (๕) สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ๓-๕ ยะลา
- (๖) สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ๓-๖ กระบี่

ข้อ ๓ แบบมาตรฐานสามทางมวลตามข้อ ๒ ต้องได้รับการสอบเทียบความเที่ยงกับแบบมาตรฐานสองทางมวล ๕๐๐ กิโลกรัม ทุก ๓ ปี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์)

อธิบดีกรมการค้าภายใน

สำเนาถูกต้อง

(นายอัคร พวงนาค)

นักวิชาการชั่งตวงวัดชำนาญการพิเศษ

๓ ก.พ. ๒๕๕๗