

รายงานการทดสอบ การคงทนความดัน

ใบขอเลขที่

เครื่องหมายเลข/รุ่น วัน/เดือน/ปี ทดสอบ

เครื่องทดสอบ หมายเลข จำนวนมาตรวัดปริมาตรน้ำที่ทดสอบ เครื่อง

ที่	เลขลำดับประจำเครื่อง	ให้ความดัน 1,000 กิโลพาสคัล เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที	
1		<input type="radio"/> ผ่าน	<input type="radio"/> ไม่ผ่าน
2		<input type="radio"/> ผ่าน	<input type="radio"/> ไม่ผ่าน
3		<input type="radio"/> ผ่าน	<input type="radio"/> ไม่ผ่าน
4		<input type="radio"/> ผ่าน	<input type="radio"/> ไม่ผ่าน
5		<input type="radio"/> ผ่าน	<input type="radio"/> ไม่ผ่าน
6		<input type="radio"/> ผ่าน	<input type="radio"/> ไม่ผ่าน
7		<input type="radio"/> ผ่าน	<input type="radio"/> ไม่ผ่าน
8		<input type="radio"/> ผ่าน	<input type="radio"/> ไม่ผ่าน
9		<input type="radio"/> ผ่าน	<input type="radio"/> ไม่ผ่าน
10		<input type="radio"/> ผ่าน	<input type="radio"/> ไม่ผ่าน
11		<input type="radio"/> ผ่าน	<input type="radio"/> ไม่ผ่าน
12		<input type="radio"/> ผ่าน	<input type="radio"/> ไม่ผ่าน
13		<input type="radio"/> ผ่าน	<input type="radio"/> ไม่ผ่าน
14		<input type="radio"/> ผ่าน	<input type="radio"/> ไม่ผ่าน
15		<input type="radio"/> ผ่าน	<input type="radio"/> ไม่ผ่าน
16		<input type="radio"/> ผ่าน	<input type="radio"/> ไม่ผ่าน
17		<input type="radio"/> ผ่าน	<input type="radio"/> ไม่ผ่าน
18		<input type="radio"/> ผ่าน	<input type="radio"/> ไม่ผ่าน
19		<input type="radio"/> ผ่าน	<input type="radio"/> ไม่ผ่าน
20		<input type="radio"/> ผ่าน	<input type="radio"/> ไม่ผ่าน
21		<input type="radio"/> ผ่าน	<input type="radio"/> ไม่ผ่าน
22		<input type="radio"/> ผ่าน	<input type="radio"/> ไม่ผ่าน
23		<input type="radio"/> ผ่าน	<input type="radio"/> ไม่ผ่าน
24		<input type="radio"/> ผ่าน	<input type="radio"/> ไม่ผ่าน
25		<input type="radio"/> ผ่าน	<input type="radio"/> ไม่ผ่าน
26		<input type="radio"/> ผ่าน	<input type="radio"/> ไม่ผ่าน

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่าน ไม่ผ่าน

กรณีผู้ทดสอบ : หากผลการทดสอบปรากฏว่า มาตรวัดปริมาตรน้ำไม่ผ่านเป็นบางเครื่องหรือไม่ผ่านทั้งหมด ให้ทดสอบมาตรวัดปริมาตรน้ำที่ไม่ได้ผู้ทดสอบทุกเครื่อง

ลงชื่อ (.....) ผู้รับอนุญาต หรือผู้ได้รับมอบหมาย