


รายงานการทดสอบความดันสูญเสียของน้ำ

ใบขอเลขที่

เครื่องหมายการค้า / รุ่น วัน/เดือน/ปี ทดสอบ

เครื่องทดสอบ หมายเลข จำนวนมาตรวัดปริมาตรน้ำที่ทดสอบ เครื่อง



อัตราการไหลต่ำสุด	อัตราการไหลสูงสุด
ความดันสูญเสียของน้ำไม่เกิน 25 กิโลพาสคัล	ความดันสูญเสียของน้ำไม่เกิน 100 กิโลพาสคัล

ที่	เลขลำดับประจำเครื่อง	P1	P2	H1	P3	P4	H2	H	อัตราการไหล		ผลการตรวจสอบ
				P1 - P2			P3 - P4		H2 - H1	ต่ำสุด	
1											o ผ่าน o ไม่ผ่าน
2											o ผ่าน o ไม่ผ่าน
3											o ผ่าน o ไม่ผ่าน
4											o ผ่าน o ไม่ผ่าน
5											o ผ่าน o ไม่ผ่าน
6											o ผ่าน o ไม่ผ่าน
7											o ผ่าน o ไม่ผ่าน
8											o ผ่าน o ไม่ผ่าน

เกณฑ์การตัดสิน : O ผ่าน O ไม่ผ่าน

กรณีสุ่มทดสอบ : หากผลการทดสอบปรากฏว่า มาตรวัดปริมาตรน้ำไม่ผ่านเป็นบางเครื่องหรือไม่ผ่านทั้งหมด ให้ทดสอบมาตรวัดปริมาตรน้ำที่ไม่ได้สุ่มทดสอบทุกเครื่อง

ลงชื่อ (.....) ผู้รับอนุญาต หรือผู้ได้รับมอบหมาย