รายงานการตรวจสอบและให้คำรับรอง

มาตรวัดมวลโดยตรงที่ใช้วัดหาค่ามวลของก๊าซธรรมชาติที่มีสถานะเป็นไอตามสถานีบริการ

รายการ	เลขลำดับประจำเครื่อง			
รุ่น				
Serial no.				
พิกัดกำลัง	กก.	กก.	กก.	กก.
ขั้นหมายมาตรา	กก.	กก.	กก.	กก.
ตรวจรับรอง ชั้น	ชั้นหลัง	ชั้นหลัง	ชั้นหลัง	ชั้นหลัง
อัตราการไหล (กก./ชม.)				
<u>หมวด ๑</u> การตรวจสอบลักษณะของมาตรวัดมวลโดยตรง				
การตรวจสอบลักษณะฯ	O ถูก O ผิด	O ถูก O ผิด	O ถูก O ผิด	O ถูก O ผิด
<u>หมวด ๒</u> การตรวจสอบความเที่ยงของมาตรวัดมวลโดยตรง				
การตรวจสอบความเที่ยง	ติดตั้งเข้าระบบ	ติดตั้งเข้าระบบ	ติดตั้งเข้าระบบ	ติดตั้งเข้าระบบ

ข้อ ๖ ทดสอบน้ำหนักประมาณ	๑๐ กก.	๑๕ กก.	๒๐ กก.	๑๐ กก.	๑๕ กก.	๒๐ กก.	๑๐ กก.	๑๕ กก.	๒๐ กก.	๑๐ กก.	๑๕ กก.	๒๐ กก.
มาตรวัดแสดง (กก.)												
แบบมาตราแสดง (กก.)												
ผลผิด (กก.)												
ผลผิด (%)												
อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด	อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ± ๐.๐๑ ของน้ำหนักทดสอบ											
ข้อ ๗	ความสามารถในการทำซ้ำได้ของมาตรวัดที่น้ำหนักทดสอบประมาณ ๑๕ กก. ต้องไม่เกิน ๐.๕ % ของน้ำหนักที่ทดสอบ											
มาตรวัดแสดง (กก.)												
แบบมาตราแสดง (กก.)												
ผลผิด (กก.)												
ผลผิด (%)												
ความสามารถในการทำซ้ำ												

ข้อ ๘ และข้อ ๖	ทดสอบน้ำหนักที่ปริมาณน้อยที่สุดที่วัดได้ของระบบ และทดสอบน้ำหนักประมาณ ๒๕ กก.							
ทดสอบน้ำหนักประมาณ	ปริมาณน้อยที่สุด	๒๕ กก.	ปริมาณน้อยที่สุด	๒๕ กก.	ปริมาณน้อยที่สุด	๒๕ กก.	ปริมาณน้อยที่สุด	๒๕ กก.
มาตรวัดแสดง (กก.)								
แบบมาตราแสดง (กก.)								
ผลผิด (กก.)								
ผลผิด (%)								
อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด	ข้อ ๘ ของระเบียบฯ	± ๐.๐๑ ของน้ำหนักที่ทดสอบ	ข้อ ๘ ของระเบียบฯ	± ๐.๐๑ ของน้ำหนักที่ทดสอบ	ข้อ ๘ ของระเบียบฯ	± ๐.๐๑ ของน้ำหนักที่ทดสอบ	ข้อ ๘ ของระเบียบฯ	± ๐.๐๑ ของน้ำหนักที่ทดสอบ
ข้อ ๖	O ถูก O ผิด		O ถูก O ผิด		O ถูก O ผิด		O ถูก O ผิด	
ข้อ ๗	O ถูก O ผิด		O ถูก O ผิด		O ถูก O ผิด		O ถูก O ผิด	
ข้อ ๘	O ถูก O ผิด		O ถูก O ผิด		O ถูก O ผิด		O ถูก O ผิด	
ผลการตรวจสอบ	O ถูก O ผิด		O ถูก O ผิด		O ถูก O ผิด		O ถูก O ผิด	