รายงานการตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการ			
รุ่น :	Serial no. :	เลขลำดับประจำเครื่อง :	

รายการ	เลขลำดับประจำเครื่อง			
พิกัดกำลัง	ล.	ล.	ล.	ล.
ขั้นหมายมาตรา	ล.	ล.	ล.	ล.
ตรวจรับรอง ชั้น	ชั้นหลัง	ชั้นหลัง	ชั้นหลัง	ชั้นหลัง
ชั้นความเที่ยง	๐.๕	๐.๕	๐.๕	๐.๕
ส่วนแสดงค่า แบบ				
อัตราการไหลสูงสุด(l/m)				
<u>หมวด ๑</u> การตรวจสอบลักษณะของมาตรวัด				
การตรวจสอบลักษณะฯ	O ถูก O ผิด	O ถูก O ผิด	O ถูก O ผิด	O ถูก O ผิด
<u>หมวด ๒</u> การตรวจสอบความเที่ยงของมาตรวัด				
การตรวจสอบความเที่ยง	ติดตั้งเข้าระบบ	ติดตั้งเข้าระบบ	ติดตั้งเข้าระบบ	ติดตั้งเข้าระบบ

ข้อ ๖ และ ข้อ ๗	ปริมาณน้อยที่สุดฯ	๕ ลิตร	ปริมาณน้อยที่สุดฯ	๕ ลิตร	ปริมาณน้อยที่สุดฯ	๕ ลิตร	ปริมาณน้อยที่สุดฯ	๕ ลิตร
อัตราการไหล	~ Qmin l/m =	~ ๕ l/m หรือ~ Qmin l/m	~ Qmin l/m =	~ ๕ l/m หรือ~ Qmin l/m	~ Qmin l/m =	~ ๕ l/m หรือ~ Qmin l/m	~ Qmin l/m =	~ ๕ l/m หรือ~ Qmin l/m
มาตรวัด แสดงปริมาตร								
ถังตวง แสดงปริมาตร								
ผลผิด (มล.)								
ผลผิด (%)								
อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด	± ..... มล.	± ๑๕ มล.	± ..... มล.	± ๑๕ มล.	± ..... มล.	± ๑๕ มล.	± ..... มล.	± ๑๕ มล.
ข้อ ๘	ค่าความคลาดเคลื่อนทุกอัตราการไหลที่คลาดเคลื่อนในฝ่ายเดียวกัน อย่างน้อยต้องมีค่าใดค่าหนึ่งไม่เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด							
อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด		≤ ± ๗.๕มล.		≤ ± ๗.๕มล.		≤ ± ๗.๕มล.		≤ ± ๗.๕มล.
ข้อ ๙	พิสัยความคลาดเคลื่อนต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของช่วงอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดไม่เกิน ๐.๓ %							
ข้อ ๖	๒๐ ลิตร	๕๐ ลิตร	๒๐ ลิตร	๕๐ ลิตร	๒๐ ลิตร	๕๐ ลิตร	๒๐ ลิตร	๕๐ ลิตร
อัตราการไหล	~ ๒๐ l/m	~ ๕๐ l/m	~ ๒๐ l/m	~ ๕๐ l/m	~ ๒๐ l/m	~ ๕๐ l/m	~ ๒๐ l/m	~ ๕๐ l/m
มาตรวัด แสดงปริมาตร								
ถังตวง แสดงปริมาตร								
ผลผิด (มล.)								
ผลผิด (%)								
อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด	± ๖๐ มล.	± ๑๕๐ มล.	± ๖๐ มล.	± ๑๕๐ มล.	± ๖๐ มล.	± ๑๕๐ มล.	± ๖๐ มล.	± ๑๕๐ มล.
ข้อ ๘	ค่าความคลาดเคลื่อนทุกอัตราการไหลที่คลาดเคลื่อนในฝ่ายเดียวกัน อย่างน้อยต้องมีค่าใดค่าหนึ่งไม่เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด							
อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด	≤ ±๓๐มล.	≤ ± ๗๕มล.	≤ ±๓๐มล.	≤ ± ๗๕มล.	≤ ±๓๐มล.	≤ ± ๗๕มล.	≤ ±๓๐มล.	≤ ± ๗๕มล.
ข้อ ๙	พิสัยความคลาดเคลื่อนต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของช่วงอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดไม่เกิน ๐.๓ %							
ข้อ ๖	O ถูก O ผิด		O ถูก O ผิด		O ถูก O ผิด		O ถูก O ผิด	
ข้อ ๗	O ถูก O ผิด		O ถูก O ผิด		O ถูก O ผิด		O ถูก O ผิด	
ข้อ ๘	O ถูก O ผิด		O ถูก O ผิด		O ถูก O ผิด		O ถูก O ผิด	
ข้อ ๙	O ถูก O ผิด		O ถูก O ผิด		O ถูก O ผิด		O ถูก O ผิด	
ผลการตรวจสอบ	O ถูก O ผิด		O ถูก O ผิด		O ถูก O ผิด		O ถูก O ผิด	